



PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 011/2026

Senhor Licitante,

O Núcleo de Licitação apresenta os esclarecimentos relativos à licitação em epígrafe com a transcrição da resposta da área técnica demandante, conforme relacionamos a seguir:

Perguntas e Respostas:

PERGUNTA 1:

"Item 29 – Carro de emergência

**Certificado Inmetro:** Solicitamos esclarecimento quanto à necessidade de apresentação de **certificado de conformidade do INMETRO para o carro de emergência**, especificamente nos casos em que o equipamento **possui régua de tomadas integrada para alimentação de dispositivos eletromédicos**. Considerando que a presença de régua elétrica incorporada caracteriza interface de alimentação para equipamentos eletromédicos, entende-se que o conjunto passa a se enquadrar como **equipamento sob escopo de avaliação da conformidade elétrica**, devendo atender às normas aplicáveis de segurança, especialmente a **ABNT NBR IEC 60601-1**, conforme requisitos compulsórios estabelecidos pelo INMETRO."

RESPOSTA 1:

Informamos que o item 29 foi alterado e o **edital** de licitação será republicado com designação de nova data para realização da sessão pública.

Salvador, 07 de abril de 2026.

  
**Mário Rodrigues Xavier**  
Pregoeiro

  
**Roberto Camacho Garcia**  
Chefe NCL



---


**RE: Solicitação de Esclarecimento - 011/2026**

---

De MARIO RODRIGUES XAVIER <mrxavier@tjba.jus.br>

Data Qua, 08.04.2026 16:32

Para licitacao@grupokss.com.br - Contato Externo <licitacao@grupokss.com.br>

 1 anexo (237 KB)

Rep.questionamento.pdf;

Prezados,

Segue anexo resposta ao questionamento.

Atenciosamente,



---

De: Licitacao\_GrupokSS <licitacao@grupokss.com.br>

Enviado: terça-feira, 7 de abril de 2026 09:27

Para: Núcleo de Licitação <ncl@tjba.jus.br>

Cc: licitacao2@grupokss.com.br <licitacao2@grupokss.com.br>

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - 011/2026

Prezada Comissão, bom dia!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 011/2026, cujo o Objeto é a aquisição de diversos equipamentos médico, odontológico e fisioterapia, conforme estabelecido neste Edital e seus anexos.

A fim de evitar equívocos durante a elaboração das propostas e garantir o pleno atendimento às especificações técnicas exigidas, solicitamos esclarecimento acerca dos **itens abaixo**:

#### Item 29 – Carro de emergência

**Certificado Inmetro:** Solicitamos esclarecimento quanto à necessidade de apresentação de **certificado de conformidade do INMETRO para o carro de emergência**, especificamente nos casos em que o equipamento possui **régua de tomadas integrada para alimentação de dispositivos eletromédicos**. Considerando que a presença de régua elétrica incorporada caracteriza interface de alimentação para equipamentos eletromédicos, entende-se que o conjunto passa a se enquadrar como **equipamento sob escopo de avaliação da conformidade elétrica**, devendo atender às normas aplicáveis de segurança, especialmente a **ABNT NBR IEC 60601-1**, conforme requisitos compulsórios estabelecidos pelo INMETRO.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,





---

**Retransmitidas: RE: Solicitação de Esclarecimento - 011/2026**

---

**De** Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@tjba.jus.br>

**Data** Qua, 08.04.2026 16:33

**Para** licitacao@grupokss.com.br - Contato Externo <licitacao@grupokss.com.br>

 1 anexo (43 KB)

RE: Solicitação de Esclarecimento - 011/2026;

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

[licitacao@grupokss.com.br - Contato Externo \(licitacao@grupokss.com.br\)](mailto:licitacao@grupokss.com.br)

Assunto: RE: Solicitação de Esclarecimento - 011/2026