



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL

PROCESSO:	80506283.000060/2026-71
ASSUNTO:	GESTÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS - Licitação (geral)
INTERESSADO:	@interessados_virgula_espaco@

DESPACHO

Ao Núcleo de Licitação.

Em atendimento ao quanto solicitado, após a análise da proposta de preços e especificações técnicas dos produtos, foi observado que os itens oferecidos pela empresa arrematante não atende as especificações editalícias:

Item 11 - Massageador pistola de percussão - Utilizado para tratamento de lesões a nível muscular. Deve apresentar um mínimo de 3.400 percussões/minuto, 9 velocidades e 5 ponteiros 04 em aço inoxidável e 02 em plástico). Bateria de 24V íon-lítio integrada. Frequência vibratória que varia de 30 a 56Hz. Comprimento do movimento aproximado de percussão de 14 mm. Apresentar maleta para transporte. Garantia mínima: 3 (três) meses. (Marca/Modelo Reabilitech/Therablaster Pro ou Marca/Modelo de igual ou superior qualidade). (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade).

Motivo: Amplitude (comprimento) de apenas 12mm.

Item 12 - Kit de mobilização miofascial instrumental (IASTM) - Utilizado para a recuperação muscular. Design anatômico e bordas chanfradas. Fabricado em corpo de Aço Inoxidável. Esterilizável. Acompanha Soft-Case para armazenamento e transporte do kit. Kit com as seguintes peças: 01 gancho, 01 gota, 01 soco, 01 guidão, 01 meia-lua e 01 polegar. Garantia mínima: 3 (três) meses. (Marca/Modelo Reabilitech/Mioblaster Completo + Polegar ou Marca/Modelo de igual ou superior qualidade). (Apresentação: kit composto por 6 peças distintas).

Motivo: Kit não apresenta peças indicadas.

Diante disso, esta Coordenação de Saúde Ocupacional - COSOP, desclassifica a empresa e solicita a convocação da próxima classificada.

Retorno os autos ao NCL para prosseguimento do feito.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS LAGE CAJAZEIRA RAMOS, COORDENADOR DE SAÚDE OCUPACIONAL - LEI 11.918/2010**, em 30/04/2026, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tjba.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0871642** e o código CRC **A092A223**.

Referência: Processo nº 80506283.000060/2026-71

SEI nº 0871642