



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Processo nº
80506283.000062/2026-60

PROCESSO:	80506283.000062/2026-60
ASSUNTO:	GESTÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS - Licitação (geral)
INTERESSADO :	Núcleo de Licitação

Ao Núcleo de Licitação.

Em atendimento ao quanto solicitado, após a análise da proposta de preços e especificações técnicas dos produtos, foi observado que os itens oferecidos pela empresa arrematante não atende às especificações editalícias:

Item 16- Aspirador Clínico - Tipo: Aspirador Clínico de Secreção; Voltagem: 127/220V (Bivolt); Capacidade do Frasco de Aspiração: Mínimo de 1000 a 1.300 ML; Possui válvula anti-transbordamento; **Motor: 1/33 HP**; Vazão (Fluxo Livre): 20L/minuto ou superior; Garantia: Mínimo de 01 ano.

A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. Garantia mínima: 12 (doze) meses. (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade).

Diante disso, esta Coordenação de Assistência Médica- COMED desclassifica a empresa LICIPRICE BRASIL LTDA e solicita a convocação da próxima classificada.

Retorno os autos ao NCL para prosseguimento do feito.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA BAHIA OLIVEIRA, Coordenador de Assistência Médica**, em 05/05/2026, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tjba.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0884276** e o código CRC **8ED43D53**.