



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

PROCESSO:	80506283.000069/2026-81
ASSUNTO:	GESTÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS - Licitação (geral)
INTERESSADO:	@interessados_virgula_espaco@

DESPACHO

Ao Núcleo de licitação.

Em atendimento ao quanto solicitado pelo NCL (0861430), após a análise da proposta de preços, anexos e especificações técnicas dos produtos ofertados pela empresa arrematante, esta Coordenação de Assistência Odontológica - CDONT solicita a diligência abaixo:

1) Apresentação do modelo de contra ângulo a ser fornecido pela empresa arrematante.

Cabe esclarecer que, ainda que nos autos conste o catálogo dos produtos, restou dúvida com relação ao modelo do contra ângulo a ser fornecido. Vale destacar que no catálogo há o contra ângulo com a lâmina-trava das brocas e o contra ângulo tipo Push Botton (PB). Importante frisar que consta na especificação editalícia desse objeto "Brocas fixadas por meio da lâmina-trava na cabeça do contra ângulo".

Após, retornar os autos para reanálise dos documentos.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL PIRES SANT IAGO, COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - LEI 11.918/2010**, em 30/04/2026, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tjba.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0869806** e o código CRC **E802727A**.